




รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
Polyester (ไหมเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดไม่ละลาย)

โรงพยาบาลสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

๑. ความต้องการ ไหม Polyester ๒/๐ เข็ม ๒๕ mm. เข็ม Taper จำนวน ๙ BOX
๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน เพื่อผูกหรือเย็บปิดแผลในการผ่าตัด
๓. คุณลักษณะทั่วไป เป็นวัสดุเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดไม่ละลาย แบบเส้นถัก ผลิตจากสาร โพลีเอสเตอร์ (Polyester) เคลือบผิวให้เรียบลื่น ใช้งานผูกเนื้อเยื่อทางศัลยกรรมชนิดต่างๆ รวมถึงการใช้ในงานเย็บเนื้อเยื่อทางศัลยกรรมพิเศษ เช่น ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ, ศัลยกรรมทางตา เป็นต้น
๔. คุณลักษณะเฉพาะ
 - ๔.๑ คุณลักษณะเฉพาะของไหม
 - ๔.๑.๑ เป็นไหมชนิดไม่ละลาย สามารถยึดบาดแผลยาวนานตราบเท่าที่วัสดุอยู่ในร่างกาย
 - ๔.๑.๒ ไหมขนาด ๒/๐ มีความยาวไม่น้อยกว่า ๙๐ ซม.บรรจุไม่น้อยกว่า ๑๐ เส้น ต่อซอง
 - ๔.๑.๓ มีความแข็งแรง และ knot security ที่ดี
 - ๔.๑.๔ ให้ความลื่นในขณะที่เย็บผ่านเนื้อเยื่อต่างๆ
 - ๔.๒ คุณลักษณะเฉพาะของเข็ม
 - ๔.๒.๑ เข็มมีขนาด ๒๕-๒๖ มม. ชนิด Taper ความโค้ง ๑/๒ ชนิดเข็มคู่
 - ๔.๒.๒ เข็มมีความคมเมื่อเย็บผ่านเนื้อเยื่อ
 - ๔.๒.๓ เข็มมีความแข็งแรงและแกร่งไม่บดงอ่ายและทนต่อการเย็บ
 - ๔.๓ การบรรจุ
 - ๔.๓.๑ บรรจุในซองห่อหุ้มอย่างมิดชิดปราศจากเชื้อ ห่อซองบรรจุ มีฉลากบอกรายละเอียด ได้แก่ ชนิด ขนาดเข็มและความยาวของไหม, ระบุ Lot number และวันหมดอายุอย่างชัดเจน
 - ๔.๓.๒ ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีฉายรังสีหรือเอทิลีนออกไซด์
 - ๔.๓.๓ คุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน USP
 - ๔.๓.๔ การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๐๓ หรือมาตรฐาน การผลิต GMP หรือ หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ มอก หรือมาตรฐานเทียบเท่า (กรณี นำเข้า จากต่างประเทศ) ระบุวัน ออกเอกสารและวันสิ้นสุดของเอกสารรับรอง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางรัชฎา พูนปริญญา)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางนิจวรรณ อ้วนโนราชฎ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวชนิดา บรรเทา)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๒/๔.เงื่อนไขเฉพาะ...

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ บริษัทผู้ขายได้รับหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือต้องมีหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ หรือหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดยสำนักคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า
- ๕.๒ หากสินค้ามีการชำรุดเสียหายหรือก่อนหมดอายุ ๖ เดือน ผู้เสนอราคาต้องยินยอมให้เปลี่ยนใหม่โดยไม่คิดมูลค่า
- ๕.๓ รับประกันคุณภาพ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันส่งมอบ และในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ถ้าปรากฏว่าผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามตัวอย่างที่เสนอในวันพิจารณาผลโรงพยาบาลสกลนครจะไม่รับพัสดุดังกล่าว โดยผู้ขายจะต้องทำการเปลี่ยนให้ถูกต้อง ตามตัวอย่างที่เสนอมา ภายใน ๗ วันทำการ
- ๕.๔ วันหมดอายุผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบ
- ๕.๕ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกหรือเอกสารที่ระบุรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ พร้อมทำเครื่องหมายและลงหมายเลขข้อกำหนดของทางราชการให้ชัดเจนทุกรายการ เพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งผู้เสนอราคาจะต้องสามารถชี้แจงรายละเอียด คุณสมบัติของอุปกรณ์ต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการฯ ได้ การเสนอเอกสารที่ไม่ถูกต้องตามความต้องการ และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อทางราชการ คณะกรรมการฯ มีเหตุผลเพียงพอที่จะไม่รับพิจารณาและสงวนสิทธิในการพิจารณาคูณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคที่ดีกว่าได้ เพื่อประโยชน์การใช้งานของราชการ
- ๕.๖ ทำตารางเปรียบเทียบสรุปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะข้อดีหรือดีกว่าของผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ยื่นข้อเสนอกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโรงพยาบาลสกลนครพร้อมเซ็นรับรองเอกสารโดยขอตัวอย่างแบบฟอร์มได้ที่โรงพยาบาลสกลนครฝ่ายพัสดุ
- ๕.๗ เป็นผลิตภัณฑ์ที่โรงพยาบาลเคยใช้ในปัจจุบัน/หรือผ่านการประเมินการใช้จากผู้ใช้ในโรงพยาบาลสกลนคร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางรัชฎา พูนปริญญา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางนิจวรรณ อ้วนโนราษฎร์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวชนิดา บรรเทา)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
Polyester (ไหมเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดไม่ละลาย)
โรงพยาบาลสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

-
๑. ความต้องการ ไหม Polyester ๒/๐ เข็ม ๒๕ mm. จำนวน ๙ DOZE
 ๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน เพื่อผูกหรือเย็บปิดแผลในการผ่าตัด
 ๓. คุณลักษณะทั่วไป เป็นวัสดุเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดไม่ละลาย แบบเส้นถัก ผลิตจากสาร โพลีเอสเตอร์ (Polyester) เคลือบผิวให้เรียบลื่น ใช้งานผูกเนื้อเยื่อทางศัลยกรรมชนิดต่างๆ รวมถึงการใช้ในงานเย็บเนื้อเยื่อทางศัลยกรรมพิเศษ เช่น ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ, ศัลยกรรมทางตา เป็นต้น
 ๔. คุณลักษณะเฉพาะ
 - ๔.๑ คุณลักษณะเฉพาะของไหม
 - ๔.๑.๑ เป็นไหมชนิดไม่ละลาย สามารถยึดบาดแผลยาวนานตราบเท่าที่วัสดุอยู่ในร่างกาย
 - ๔.๑.๒ ไหมขนาด ๒/๐ มีความยาวไม่น้อยกว่า ๙๐ ซม.บรรจุไม่น้อยกว่า ๑๐ เส้น ต่อซอง
 - ๔.๑.๓ มีความแข็งแรง และ knot security ที่ดี
 - ๔.๑.๔ ให้ความลื่นในขณะเย็บผ่านเนื้อเยื่อต่างๆ
 - ๔.๒ คุณลักษณะเฉพาะของเข็ม
 - ๔.๒.๑ เข็มมีขนาด ๒๕-๒๖ มม.ชนิด Taper ความโค้ง ๑/๒ ชนิดเข็มคู่
 - ๔.๒.๒ เข็มมีความคมเมื่อเย็บผ่านเนื้อเยื่อ
 - ๔.๒.๓ เข็มมีความแข็งแรงและแกร่งไม่บดงอ่ายและทนต่อการเย็บ
 - ๔.๓ การบรรจุ
 - ๔.๓.๑ บรรจุในซองห่อหุ้มอย่างมิดชิดปราศจากเชื้อ ห่อซองบรรจุ มีฉลากบอกรายละเอียด ได้แก่ ชนิด ขนาดเข็มและความยาวของไหม, ระบุ Lot number และวันหมดอายุอย่างชัดเจน
 - ๔.๓.๒ ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีฉายรังสีหรือเอทริลีนออกไซด์
 - ๔.๓.๓ คุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน USP
 - ๔.๓.๔ การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๐๓ หรือมาตรฐาน การผลิต GMP หรือ หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ มอก หรือมาตรฐานเทียบเท่า (กรณี นำเข้า จากต่างประเทศ) ระบุวัน ออกเอกสารและวันสิ้นสุดของเอกสารรับรอง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางรชฎา พูนปริญญา)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางนิจวรรณ อ้วนโนราชฎ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวชนิดา บรรเทา)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๒/๔.เงื่อนไขเฉพาะ...

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ บริษัทผู้ขายได้รับหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือต้องมีหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ หรือหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดยสำนักคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า
- ๕.๒ หากสินค้ามีการชำรุดเสียหายหรือก่อนหมดอายุ ๖ เดือน ผู้เสนอราคาต้องยินยอมให้เปลี่ยนใหม่โดยไม่คิดมูลค่า
- ๕.๓ รับประกันคุณภาพ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันส่งมอบ และในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ถ้าปรากฏว่าผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามตัวอย่างที่เสนอในวันพิจารณาผลโรงพยาบาลสกลนครจะไม่รับพัสดุดังกล่าว โดยผู้ขายจะต้องทำการเปลี่ยนให้ถูกต้อง ตามตัวอย่างที่เสนอมา ภายใน ๗ วันทำการ
- ๕.๔ วันหมดอายุผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบ
- ๕.๕ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกหรือเอกสารที่ระบุรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ พร้อมทำเครื่องหมายและลงหมายเลขข้อกำหนดของทางราชการให้ชัดเจนทุกรายการ เพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งผู้เสนอราคาจะต้องสามารถชี้แจงรายละเอียด คุณสมบัติของอุปกรณ์ต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการฯ ได้ การเสนอเอกสารที่ไม่ถูกต้องตามความต้องการ และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อทางราชการ คณะกรรมการฯ มีเหตุผลเพียงพอที่จะไม่รับพิจารณาและสงวนสิทธิในการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคที่ดีกว่าได้ เพื่อประโยชน์การใช้งานของราชการ
- ๕.๖ ทำตารางเปรียบเทียบสรุปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะข้อดีหรือดีกว่าของผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ยื่นข้อเสนอ กับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโรงพยาบาลสกลนครพร้อมเซ็นรับรองเอกสารโดยขอดูตัวอย่างแบบฟอร์มได้ที่โรงพยาบาลสกลนครฝ่ายพัสดุ
- ๕.๗ เป็นผลิตภัณฑ์ที่โรงพยาบาลเคยใช้ในปัจจุบัน/หรือผ่านการประเมินการใช้จากผู้ใช้ในโรงพยาบาลสกลนคร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางรัชฎา พูนปริญญา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางนิจวรรณ อ้วนไวยราษฎร์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ.....กรรมการ


(นางสาวชนิดา บรรเทา)


พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
Polyester (ไหมเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดไม่ละลาย)
โรงพยาบาลสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

-
๑. ความต้องการ ไหม Polyester ๒/๐ เข็ม ๒๕ mm. Round Bodied จำนวน ๔ DOZE
 ๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน เพื่อผูกหรือเย็บปิดแผลในการผ่าตัด
 ๓. คุณลักษณะทั่วไป เป็นวัสดุเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดไม่ละลาย แบบเส้นถัก ผลิตจากสาร โพลีเอสเตอร์ (Polyester) เคลือบผิวให้เรียบลื่น ใช้งานผูกเนื้อเยื่อทางศัลยกรรมชนิดต่างๆ รวมถึงการใช้ในงานเย็บเนื้อเยื่อทางศัลยกรรมพิเศษ เช่น ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ, ศัลยกรรมทางตา เป็นต้น
 ๔. คุณลักษณะเฉพาะ
 - ๔.๑ คุณลักษณะเฉพาะของไหม
 - ๔.๑.๑ เป็นไหมชนิดไม่ละลาย สามารถยึดบาดแผลยาวนานตราบเท่าที่วัสดุอยู่ในร่างกาย
 - ๔.๑.๒ ไหมขนาด ๒/๐ มีความยาวไม่น้อยกว่า ๗๕ ซม.บรรจุไม่น้อยกว่า ๑๐ เส้น ต่อซอง
 - ๔.๑.๓ มีความแข็งแรง และ knot security ที่ดี
 - ๔.๑.๔ ให้ความลื่นในขณะที่เย็บผ่านเนื้อเยื่อต่างๆ
 - ๔.๒ คุณลักษณะเฉพาะของเข็ม
 - ๔.๒.๑ เข็มมีขนาด ๒๕-๒๖ มม. ชนิด Round Bodied ความโค้ง ๑/๒ ชนิดเข็มคู่
 - ๔.๒.๒ เข็มมีความคมเมื่อเย็บผ่านเนื้อเยื่อ
 - ๔.๒.๓ เข็มมีความแข็งแรงและแกร่งไม่บิดงอ่ายและทนต่อการเย็บ
 - ๔.๓ การบรรจุ
 - ๔.๓.๑ บรรจุในซองห่อหุ้มอย่างมิดชิดปราศจากเชื้อ ห่อซองบรรจุ มีฉลากบอกรายละเอียด ได้แก่ ชนิด ขนาดเข็มและความยาวของไหม, ระบุ Lot number และวันหมดอายุอย่างชัดเจน
 - ๔.๓.๒ ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีฉายรังสีหรือเอทิลีนออกไซด์
 - ๔.๓.๓ คุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน USP
 - ๔.๓.๔ การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๐๓ หรือมาตรฐาน การผลิต GMP หรือ หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ มอก หรือมาตรฐานเทียบเท่า (กรณี นำเข้า จากต่างประเทศ) ระบุวัน ออกเอกสารและวันสิ้นสุดของเอกสารรับรอง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางรัชฎา พูนปริญญา)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางนิจวรรณ อ้วนโนราษฎร์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวชนิตา บรรเทา)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๒/๔.เงื่อนไขเฉพาะ...

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ บริษัทผู้ขายได้รับหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือต้องมีหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ หรือหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดยสำนักคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า
- ๕.๒ หากสินค้ามีการชำรุดเสียหายหรือก่อนหมดอายุ ๖ เดือน ผู้เสนอราคาต้องยินยอมให้เปลี่ยนใหม่โดยไม่คิดมูลค่า
- ๕.๓ รับประกันคุณภาพ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันส่งมอบ และในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ถ้าปรากฏว่าผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามตัวอย่างที่เสนอในวันพิจารณาผลโรงพยาบาลสกลนครจะไม่รับพัสดุดังกล่าว โดยผู้ขายจะต้องทำการเปลี่ยนให้ถูกต้อง ตามตัวอย่างที่เสนอมา ภายใน ๗ วันทำการ
- ๕.๔ วันหมดอายุผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบ
- ๕.๕ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกหรือเอกสารที่ระบุรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ พร้อมทำเครื่องหมายและลงหมายเลขข้อกำหนดของทางราชการให้ชัดเจนทุกรายการ เพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งผู้เสนอราคาจะต้องสามารถชี้แจงรายละเอียด คุณสมบัติของอุปกรณ์ต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการฯ ได้ การเสนอเอกสารที่ไม่ถูกต้องตามความต้องการ และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อทางราชการ คณะกรรมการฯ มีเหตุผลเพียงพอที่จะไม่รับพิจารณาและสงวนสิทธิในการพิจารณาคูณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคที่ดีกว่าได้ เพื่อประโยชน์การใช้งานของราชการ
- ๕.๖ ทำตารางเปรียบเทียบสรุปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะข้อดีหรือดีกว่าของผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ยื่นข้อเสนอ กับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโรงพยาบาลสกลนครพร้อมเซ็นรับรองเอกสารโดย خود ตัวอย่างแบบฟอร์มได้ที่โรงพยาบาลสกลนครฝ่ายพัสดุ
- ๕.๗ เป็นผลิตภัณฑ์ที่โรงพยาบาลเคยใช้ในปัจจุบัน/หรือผ่านการประเมินการใช้จากผู้ใช้ในโรงพยาบาลสกลนคร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางรัชฎา พูนปริญญา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางนิจวรรณ อ้วนโนราชฎ์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวชนิดา บรรเทา)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
Polyester (ไหมเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดไม่ละลาย)
โรงพยาบาลสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

-
๑. ความต้องการ ไหม Polyester ๒/๐ เข็ม Taper ยาว ๗๕ cm. ไม่มี pg จำนวน ๙ DOZE
 ๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน เพื่อผูกหรือเย็บปิดแผลในการผ่าตัด
 ๓. คุณลักษณะทั่วไป เป็นวัสดุเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดไม่ละลาย แบบเส้นดัก ผลิตจากสาร โพลีเอสเตอร์ (Polyester) เคลือบผิวให้เรียบลื่น ใช้งานผูกเนื้อเยื่อทางศัลยกรรมชนิดต่างๆ รวมถึงการใช้งานเย็บเนื้อเยื่อทางศัลยกรรมพิเศษ เช่น ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ, ศัลยกรรมทางตา เป็นต้น

๔. คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ คุณลักษณะเฉพาะของไหม


- ๔.๑.๑ เป็นไหมชนิดไม่ละลาย สามารถยึดบาดแผลยาวนานตราบเท่าที่วัสดุอยู่ในร่างกาย
- ๔.๑.๒ ไหมขนาด ๒/๐ มีความยาวไม่น้อยกว่า ๗๕ ซม.บรรจุไม่น้อยกว่า ๑๐ เส้น ต่อของ
- ๔.๑.๓ มีความแข็งแรง และ knot security ที่ดี
- ๔.๑.๔ ให้ความลื่นในขณะที่เย็บผ่านเนื้อเยื่อต่างๆ


๔.๒ คุณลักษณะเฉพาะของเข็ม


- ๔.๒.๑ เข็มมีขนาด ๒๐ มม. ชนิด Taper ความโค้ง ๑/๒ ชนิดเข็มคู่
- ๔.๒.๒ เข็มมีความคมเมื่อเย็บผ่านเนื้อเยื่อ
- ๔.๒.๓ เข็มมีความแข็งแรงและแกร่งไม่บิดงอ่ายและทนต่อการเย็บ

๔.๓ การบรรจุ

- ๔.๓.๑ บรรจุในซองห่อหุ้มอย่างมิดชิดปราศจากเชื้อ ห่อซองบรรจุ มีฉลากบอกรายละเอียด ได้แก่ ชนิด ขนาดเข็มและความยาวของไหม, ระบุ Lot number และวันหมดอายุอย่างชัดเจน
- ๔.๓.๒ ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีฉายรังสีหรือเอทิลีนออกไซด์
- ๔.๓.๓ คุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน USP
- ๔.๓.๔ การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๐๓ หรือมาตรฐาน การผลิต GMP หรือ หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ มอก หรือมาตรฐานเทียบเท่า (กรณี นำเข้า จากต่างประเทศ) ระบุวัน ออกเอกสารและวันสิ้นสุดของเอกสารรับรอง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางรัชฎา พูนประดิษฐ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางนิจวรรณ อ้วนโนราษฎร์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวชนิดา บรรเทา)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๒/๔.เงื่อนไขเฉพาะ...

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ บริษัทผู้ขายได้รับหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือต้องมีหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ หรือหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดยสำนักคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า
- ๕.๒ หากสินค้ามีการชำรุดเสียหายหรือก่อนหมดอายุ ๖ เดือน ผู้เสนอราคาต้องยินยอมให้เปลี่ยนใหม่โดยไม่มีคิดมูลค่า
- ๕.๓ รับประกันคุณภาพ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันส่งมอบ และในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ถ้าปรากฏว่าผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามตัวอย่างที่เสนอในวันพิจารณาผลโรงพยาบาลสกลนครจะไม่รับพัสดุดังกล่าว โดยผู้ขายจะต้องทำการเปลี่ยนให้ถูกต้อง ตามตัวอย่างที่เสนอมาน ภายใน ๗ วันทำการ
- ๕.๔ วันหมดอายุผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบ
- ๕.๕ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกหรือเอกสารที่ระบุรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ พร้อมทำเครื่องหมายและลงหมายเลขข้อกำหนดของทางราชการให้ชัดเจนทุกรายการ เพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งผู้เสนอราคาจะต้องสามารถชี้แจงรายละเอียด คุณสมบัติของอุปกรณ์ต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการฯ ได้ การเสนอเอกสารที่ไม่ถูกต้องตามความต้องการ และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อทางราชการ คณะกรรมการฯ มีเหตุผลเพียงพอที่จะไม่รับพิจารณาและสงวนสิทธิในการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคที่ดีกว่าได้ เพื่อประโยชน์การใช้งานของราชการ
- ๕.๖ ทำตารางเปรียบเทียบสรุปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะข้อดีหรือดีกว่าของผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ยื่นข้อเสนอกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโรงพยาบาลสกลนครพร้อมเซ็นรับรองเอกสารโดยขอตัวอย่างแบบฟอร์มได้ที่โรงพยาบาลสกลนครฝ่ายพัสดุ
- ๕.๗ เป็นผลิตภัณฑ์ที่โรงพยาบาลเคยใช้ในปัจจุบัน/หรือผ่านการประเมินการใช้จากผู้ใช้ในโรงพยาบาลสกลนคร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางศรีขุภา พูนปริญญา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางนิจวรรณ อ้วนโนราษฎร์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ.....กรรมการ


(นางสาวชนิดา บรรเทา)


พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
Polyester (ไหมเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดไม่ละลาย)
โรงพยาบาลสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

-
๑. ความต้องการ ไหม Polyester ๒/๐ เข็มTapercut ยาว ๙๐ cm. ไม่มี pg จำนวน ๑๘ DOZE
 ๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน เพื่อผูกหรือเย็บปิดแผลในการผ่าตัด
 ๓. คุณลักษณะทั่วไป เป็นวัสดุเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดไม่ละลาย แบบเส้นถัก ผลิตจากสาร โพลีเอสเตอร์ (Polyester) เคลือบผิวให้เรียบลื่น ใช้งานผูกเนื้อเยื่อทางศัลยกรรมชนิดต่างๆ รวมถึงการใช้ในงานเย็บเนื้อเยื่อทางศัลยกรรมพิเศษ เช่น ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ,ศัลยกรรมทางตา เป็นต้น
 ๔. คุณลักษณะเฉพาะ
 - ๔.๑ คุณลักษณะเฉพาะของไหม
 - ๔.๑.๑ เป็นไหมชนิดไม่ละลาย สามารถยึดบาดแผลยาวนานตราบเท่าที่วัสดุอยู่ในร่างกาย
 - ๔.๑.๒ ไหมขนาด ๒/๐ มีความยาวไม่น้อยกว่า ๙๐ ซม.
 - ๔.๑.๓ มีความแข็งแรง และ knot security ที่ดี
 - ๔.๑.๔ ให้ความลื่นในขณะเย็บผ่านเนื้อเยื่อต่างๆ
 - ๔.๒ คุณลักษณะเฉพาะของเข็ม
 - ๔.๒.๑ เข็มมีขนาด ๒๖ มม. ชนิด Tapercut ความโค้ง ๑/๒ ชนิดเข็มคู่
 - ๔.๒.๒ เข็มมีความคมเมื่อเย็บผ่านเนื้อเยื่อ
 - ๔.๒.๓ เข็มมีความแข็งแรงและแกร่งไม่บดงง่ายและทนต่อการเย็บ
 - ๔.๓ การบรรจุ
 - ๔.๓.๑ บรรจุในซองห่อหุ้มอย่างมิดชิดปราศจากเชื้อ ห่อซองบรรจุ มีฉลากบอกรายละเอียด ได้แก่ ชนิด ขนาดเข็มและความยาวของไหม, ระบุ Lot number และวันหมดอายุอย่างชัดเจน
 - ๔.๓.๒ ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีฉายรังสีหรือเอทริลีนออกไซด์
 - ๔.๓.๓ คุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน USP
 - ๔.๓.๔ การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๐๓ หรือมาตรฐาน การผลิต GMP หรือ หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ มอก หรือมาตรฐานเทียบเท่า (กรณี นำเข้า จากต่างประเทศ) ระบุวัน ออกเอกสารและวันสิ้นสุดของเอกสารรับรอง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางรัชฎา พูนปริญญา)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางนิจวรรณ อ้วนโนราษฎร์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวชนิดา บรรเทา)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๒/๔.เงื่อนไขเฉพาะ...

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ บริษัทผู้ขายได้รับหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือต้องมีหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ หรือหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดยสำนักคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า
- ๕.๒ หากสินค้ามีการชำรุดเสียหายหรือก่อนหมดอายุ ๖ เดือน ผู้เสนอราคาต้องยินยอมให้เปลี่ยนใหม่โดยไม่คิดมูลค่า
- ๕.๓ รับประกันคุณภาพ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันส่งมอบ และในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ถ้าปรากฏว่าผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามตัวอย่างที่เสนอในวันพิจารณาผลโรงพยาบาลสกลนครจะไม่รับพัสดุดังกล่าว โดยผู้ขายจะต้องทำการเปลี่ยนให้ถูกต้อง ตามตัวอย่างที่เสนอมาน ภายใน ๗ วันทำการ
- ๕.๔ วันหมดอายุผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบ
- ๕.๕ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกหรือเอกสารที่ระบุรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ พร้อมทำเครื่องหมายและลงหมายเลขข้อกำหนดของทางราชการให้ชัดเจนทุกรายการ เพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งผู้เสนอราคาจะต้องสามารถชี้แจงรายละเอียด คุณสมบัติของอุปกรณ์ต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการฯ ได้ การเสนอเอกสารที่ไม่ถูกต้องตามความต้องการ และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อทางราชการ คณะกรรมการฯ มีเหตุผลเพียงพอที่จะไม่รับพิจารณาและสงวนสิทธิในการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคที่ดีกว่าได้ เพื่อประโยชน์การใช้งานของราชการ
- ๕.๖ ทำตารางเปรียบเทียบสรุปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะข้อดีหรือดีกว่าของผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ยื่นข้อเสนอ กับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโรงพยาบาลสกลนครพร้อมเซ็นรับรองเอกสารโดยขอดูตัวอย่างแบบฟอร์มได้ที่โรงพยาบาลสกลนครฝ่ายพัสดุ
- ๕.๗ เป็นผลิตภัณฑ์ที่โรงพยาบาลเคยใช้ในปัจจุบัน/หรือผ่านการประเมินการใช้จากผู้ใช้ในโรงพยาบาลสกลนคร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางรัชฎา พูนปริญญา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางนิจวรรณ อ้วนโนราชฤทธิ์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....นางสาว.....กรรมการ

(นางสาวชนิดา บรรเทา)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
Polyester (ไหมเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดไม่ละลาย)
โรงพยาบาลสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

๑. ความต้องการ ไหม Polyester ๒/๐ เข็ม Tapercut ยาว ๗๕ cm. มี firm pg. จำนวน ๙ BOX
๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน เพื่อผูกหรือเย็บปิดแผลในการผ่าตัด
๓. คุณลักษณะทั่วไป เป็นวัสดุเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดไม่ละลาย แบบเส้นถัก ผลิตจากสาร โพลีเอสเตอร์ (Polyester) เคลือบผิวให้เรียบลื่น ใช้งานผูกเนื้อเยื่อทางศัลยกรรมชนิดต่างๆ รวมถึงการใช้งานเย็บเนื้อเยื่อทางศัลยกรรมพิเศษ เช่น ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ, ศัลยกรรมทางตา เป็นต้น

๔. คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ คุณลักษณะเฉพาะของไหม


- ๔.๑.๑ เป็นไหมชนิดไม่ละลาย สามารถยึดบาดแผลยาวนานตราบเท่าที่วัสดุอยู่ในร่างกาย
- ๔.๑.๒ ไหมขนาด ๒/๐ มีความยาวไม่น้อยกว่า ๗๕ ซม. มี firm pg
- ๔.๑.๓ มีความแข็งแรง และ knot security ที่ดี
- ๔.๑.๔ ให้ความลื่นในขณะที่เย็บผ่านเนื้อเยื่อต่างๆ


๔.๒ คุณลักษณะเฉพาะของเข็ม


- ๔.๒.๑ เข็มมีขนาด ๒๖ มม. ชนิด Tapercut v-๗ ความโค้ง ๑/๒ ชนิดเข็มคู่
- ๔.๒.๒ เข็มมีความคมเมื่อเย็บผ่านเนื้อเยื่อ
- ๔.๒.๓ เข็มมีความแข็งแรงและแกร่งไม่บิดงอ่ายและทนต่อการเย็บ

๔.๓ การบรรจุ

- ๔.๓.๑ บรรจุในซองห่อหุ้มอย่างมิดชิดปราศจากเชื้อ ห่อซองบรรจุ มีฉลากบอกรายละเอียด ได้แก่ ชนิด ขนาดเข็มและความยาวของไหม, ระบุ Lot number และวันหมดอายุอย่างชัดเจน
- ๔.๓.๒ ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีฉายรังสีหรือเอทิลีนออกไซด์
- ๔.๓.๓ คุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน USP
- ๔.๓.๔ การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๐๓ หรือมาตรฐาน การผลิต GMP หรือ หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ มอก หรือมาตรฐานเทียบเท่า (กรณี นำเข้า จากต่างประเทศ) ระบุวัน ออกเอกสารและวันสิ้นสุดของเอกสารรับรอง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางรัชฎา พูนปริญญา)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางนิจารรณ อ้วนโนราษฎร์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวชนิดา บรรเทา)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๒/๔.เงื่อนไขเฉพาะ...

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ บริษัทผู้ขายได้รับหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือต้องมีหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ หรือหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดยสำนักคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า
- ๕.๒ หากสินค้ามีการชำรุดเสียหายหรือก่อนหมดอายุ ๖ เดือน ผู้เสนอราคาต้องยินยอมให้เปลี่ยนใหม่โดยไม่คิดมูลค่า
- ๕.๓ รับประกันคุณภาพ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันส่งมอบ และในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ถ้าปรากฏว่าผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามตัวอย่างที่เสนอในวันพิจารณาผลโรงพยาบาลสกนนครจะไม่รับพัสดุดังกล่าว โดยผู้ขายจะต้องทำการเปลี่ยนให้ถูกต้อง ตามตัวอย่างที่เสนอมาน ภายใน ๗ วันทำการ
- ๕.๔ วันหมดอายุผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบ
- ๕.๕ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกหรือเอกสารที่ระบุรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ พร้อมทำเครื่องหมายและหมายเลขข้อกำหนดของทางราชการให้ชัดเจนทุกรายการ เพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งผู้เสนอราคาจะต้องสามารถชี้แจงรายละเอียด คุณสมบัติของอุปกรณ์ต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการฯ ได้ การเสนอเอกสารที่ไม่ถูกต้องตามความต้องการ และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อทางราชการ คณะกรรมการฯ มีเหตุผลเพียงพอที่จะไม่รับพิจารณาและสงวนสิทธิในการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคที่ดีกว่าได้ เพื่อประโยชน์การใช้งานของราชการ
- ๕.๖ ทำตารางเปรียบเทียบสรุปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะข้อดีหรือดีกว่าของผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ยื่นข้อเสนอ กับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโรงพยาบาลสกนนครพร้อมเซ็นรับรองเอกสารโดยขอตัวอย่างแบบฟอร์มได้ที่โรงพยาบาลสกนนครฝ่ายพัสดุ
- ๕.๗ เป็นผลิตภัณฑ์ที่โรงพยาบาลเคยใช้ในปัจจุบัน/หรือผ่านการประเมินการใช้จากผู้ใช้ในโรงพยาบาลสกนนคร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางรัชฎา พูนปริญญา)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางนิจวรรณ อ้วนโนราษฎร์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวชนิดา บรรเทา)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ


รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
Polyester (ไหมเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดไม่ละลาย)

โรงพยาบาลสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

-
- ความต้องการ ไหม Polyester ๒/๐ เข็มคู่ ๒๖mm.Tapercut ยาว ๙๐ cm. ไม่มี pg จำนวน ๙ DOZE
 - วัตถุประสงค์การใช้งาน เพื่อผูกหรือเย็บปิดแผลในการผ่าตัด
 - คุณลักษณะทั่วไป เป็นวัสดุเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดไม่ละลาย แบบเส้นถัก ผลิตจากสาร โพลีเอสเตอร์ (Polyester) เคลือบผิวให้เรียบลื่น ใช้งานผูกเนื้อเยื่อทางศัลยกรรมชนิดต่างๆ รวมถึงการใช้งานเย็บเนื้อเยื่อทางศัลยกรรมพิเศษ เช่น ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ,ศัลยกรรมทางตา เป็นต้น
 - คุณลักษณะเฉพาะ
 - คุณลักษณะเฉพาะของไหม
 - ๔.๑.๑ เป็นไหมชนิดไม่ละลาย สามารถยึดบาดแผลยาวนานตราบเท่าที่วัสดุอยู่ในร่างกาย
 - ๔.๑.๒ ไหมขนาด ๒/๐ มีความยาวไม่น้อยกว่า ๙๐ ซม. บรรจุไม่น้อยกว่า ๑๐ เส้น ต่อซอง
 - ๔.๑.๓ มีความแข็งแรง และ knot security ที่ดี
 - ๔.๑.๔ ให้ความลื่นในขณะที่เย็บผ่านเนื้อเยื่อต่างๆ
 - คุณลักษณะเฉพาะของเข็ม
 - ๔.๒.๑ เข็มมีขนาด ๒๖ มม. ชนิด Taper ความโค้ง ๑/๒ ชนิดเข็มคู่
 - ๔.๒.๒ เข็มมีความคมเมื่อเย็บผ่านเนื้อเยื่อ
 - ๔.๒.๓ เข็มมีความแข็งแรงและแกร่งไม่บิดงอง่ายและทนต่อการเย็บ
 - การบรรจุ
 - ๔.๓.๑ บรรจุในซองห่อหุ้มอย่างมิดชิดปราศจากเชื้อ ห่อซองบรรจุ มีฉลากบอกรายละเอียด ได้แก่ ชนิด ขนาดเข็มและความยาวของไหม, ระบุ Lot number และวันหมดอายุอย่างชัดเจน
 - ๔.๓.๒ ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีฉายรังสีหรือเอทิลีนออกไซด์
 - ๔.๓.๓ คุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน USP
 - ๔.๓.๔ การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๐๓ หรือมาตรฐาน การผลิต GMP หรือ หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ มอก หรือมาตรฐานเทียบเท่า (กรณี นำเข้า จากต่างประเทศ) ระบุวัน ออกเอกสารและวันสิ้นสุดของเอกสารรับรอง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางรชฎา พูนปริญญา)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางนิจวรรณ อ้วนโนราษฎร์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวชนิดา บรรเทา)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๒/๔.เงื่อนไขเฉพาะ...

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ บริษัทผู้ขายได้รับหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือต้องมีหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ หรือหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดยสำนักคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า
- ๕.๒ หากสินค้ามีการชำรุดเสียหายหรือก่อนหมดอายุ ๖ เดือน ผู้เสนอราคาต้องยินยอมให้เปลี่ยนใหม่โดยไม่คิดมูลค่า
- ๕.๓ รับประกันคุณภาพ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันส่งมอบ และในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ถ้าปรากฏว่าผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามตัวอย่างที่เสนอในวันพิจารณาผลโรงพยาบาลสกลนครจะไม่รับพัสดุดังกล่าว โดยผู้ขายจะต้องทำการเปลี่ยนให้ถูกต้อง ตามตัวอย่างที่เสนอมมา ภายใน ๗ วันทำการ
- ๕.๔ วันหมดอายุผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบ
- ๕.๕ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกหรือเอกสารที่ระบุรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ พร้อมทำเครื่องหมายและลงหมายเลขข้อกำหนดของทางราชการให้ชัดเจนทุกรายการ เพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งผู้เสนอราคาจะต้องสามารถชี้แจงรายละเอียด คุณสมบัติของอุปกรณ์ต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการฯ ได้ การเสนอเอกสารที่ไม่ถูกต้องตามความต้องการ และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อทางราชการ คณะกรรมการฯ มีเหตุผลเพียงพอที่จะไม่รับพิจารณาและสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคที่ดีกว่าได้ เพื่อประโยชน์การใช้งานของราชการ
- ๕.๖ ทำตารางเปรียบเทียบสรุปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะข้อดีหรือดีกว่าของผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ยื่นข้อเสนอกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโรงพยาบาลสกลนครพร้อมเซ็นรับรองเอกสารโดยขอตัวอย่างแบบฟอร์มได้ที่โรงพยาบาลสกลนครฝ่ายพัสดุ
- ๕.๗ เป็นผลิตภัณฑ์ที่โรงพยาบาลเคยใช้ในปัจจุบัน/หรือผ่านการประเมินการใช้จากผู้ใช้ในโรงพยาบาลสกลนคร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางรัชฎา พูนปริญญา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางนิจวรรณ อ้วนโนราษฎร์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวชนิดา บรรเทา)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
Polyester (ไหมเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดไม่ละลาย)
โรงพยาบาลสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

๑. ความต้องการ ไหม Polyester ๒/๐ เข็มคู่ ไม่มี pg จำนวน ๔ DOZE
๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน เพื่อผูกหรือเย็บปิดแผลในการผ่าตัด
๓. คุณลักษณะทั่วไป เป็นวัสดุเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดไม่ละลาย แบบเส้นถัก ผลิตจากสาร โพลีเอสเตอร์ (Polyester) เคลือบผิวให้เรียบลื่น ใช้งานผูกเนื้อเยื่อทางศัลยกรรมชนิดต่างๆ รวมถึงการใช้งานเย็บเนื้อเยื่อทางศัลยกรรมพิเศษ เช่น ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ, ศัลยกรรมทางตา เป็นต้น
๔. คุณลักษณะเฉพาะ
 - ๔.๑ คุณลักษณะเฉพาะของไหม
 - ๔.๑.๑ เป็นไหมชนิดไม่ละลาย สามารถยืดขาดแผลยาวนานตราบเท่าที่วัสดุอยู่ในร่างกาย
 - ๔.๑.๒ ไหมขนาด ๒/๐ มีความยาวไม่น้อยกว่า ๙๐ ซม. บรรจุไม่น้อยกว่า ๑๐ เส้น ต่อซอง
 - ๔.๑.๓ มีความแข็งแรง และ knot security ที่ดี
 - ๔.๑.๔ ให้ความลื่นในขณะที่เย็บผ่านเนื้อเยื่อต่างๆ
 - ๔.๒ คุณลักษณะเฉพาะของเข็ม
 - ๔.๒.๑ เข็มมีขนาด ๒๖ มม. ชนิด Taper ความโค้ง ๑/๒ ชนิดเข็มคู่
 - ๔.๒.๒ เข็มมีความคมเมื่อเย็บผ่านเนื้อเยื่อ
 - ๔.๒.๓ เข็มมีความแข็งแรงและแกร่งไม่บิดงอง่ายและทนต่อการเย็บ
 - ๔.๓ การบรรจุ
 - ๔.๓.๑ บรรจุในซองห่อหุ้มอย่างมิดชิดปราศจากเชื้อ ห่อซองบรรจุ มีฉลากบอกรายละเอียด ได้แก่ ชนิด ขนาดเข็มและความยาวของไหม, ระบุ Lot number และวันหมดอายุอย่างชัดเจน
 - ๔.๓.๒ ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีฉายรังสีหรือเอทิลีนออกไซด์
 - ๔.๓.๓ คุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน USP
 - ๔.๓.๔ การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๐๓ หรือมาตรฐาน การผลิต GMP หรือ หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ มอก หรือมาตรฐานเทียบเท่า (กรณี นำเข้า จากต่างประเทศ) ระบุวัน ออกเอกสารและวันสิ้นสุดของเอกสารรับรอง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางรัชฎา พูนปริญญา)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางนิจวรรณ อ้วนโนราชฎ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวชนิดา บรรเทา)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๒/๔.เงื่อนไขเฉพาะ...

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ บริษัทผู้ขายได้รับหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือต้องมีหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ หรือหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดยสำนักคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า
- ๕.๒ หากสินค้ามีการชำรุดเสียหายหรือก่อนหมดอายุ ๖ เดือน ผู้เสนอราคาต้องยินยอมให้เปลี่ยนใหม่โดยไม่คิดมูลค่า
- ๕.๓ รับประกันคุณภาพ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันส่งมอบ และในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ถ้าปรากฏว่าผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามตัวอย่างที่เสนอในวันพิจารณาผลโรงพยาบาลสกลนครจะไม่รับพัสดุดังกล่าว โดยผู้ขายจะต้องทำการเปลี่ยนให้ถูกต้อง ตามตัวอย่างที่เสนอมา ภายใน ๗ วันทำการ
- ๕.๔ วันหมดอายุผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบ
- ๕.๕ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกหรือเอกสารที่ระบุรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ พร้อมทำเครื่องหมายและลงหมายเลขข้อกำหนดของทางราชการให้ชัดเจนทุกรายการ เพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งผู้เสนอราคาจะต้องสามารถชี้แจงรายละเอียด คุณสมบัติของอุปกรณ์ต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการฯ ได้ การเสนอเอกสารที่ไม่ถูกต้องตามความต้องการ และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อทางราชการ คณะกรรมการฯ มีเหตุผลเพียงพอที่จะไม่รับพิจารณาและสงวนสิทธิในการพิจารณาคณะลักษณะเฉพาะทางเทคนิคที่ดีกว่าได้ เพื่อประโยชน์การใช้งานของราชการ
- ๕.๖ ทำตารางเปรียบเทียบสรุปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะข้อดีหรือดีกว่าของผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ยื่นข้อเสนอ กับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโรงพยาบาลสกลนครพร้อมเซ็นรับรองเอกสารโดยขอคู่มืออย่างแบบฟอร์มได้ที่โรงพยาบาลสกลนครฝ่ายพัสดุ
- ๕.๗ เป็นผลิตภัณฑ์ที่โรงพยาบาลเคยใช้ในปัจจุบัน/หรือผ่านการประเมินการใช้จากผู้ใช้ในโรงพยาบาลสกลนคร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางรัชฎา พูนปริญญา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางนิจวรรณ อ้วนโนราษฎร์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ.....กรรมการ


(นางสาวชนิดา บรรเทา)


พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
Polyester (ไหมเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดไม่ละลาย)
โรงพยาบาลสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

๑. ความต้องการ ไหม Polyester ๒/๐ เข็มคู่ Tapercut จำนวน ๘ BOX
๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน เพื่อผูกหรือเย็บปิดแผลในการผ่าตัด
๓. คุณลักษณะทั่วไป เป็นวัสดุเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดไม่ละลาย แบบเส้นถัก ผลิตจากสาร โพลีเอสเตอร์ (Polyester) เคลือบผิวให้เรียบลื่น ใช้งานผูกเนื้อเยื่อทางศัลยกรรมชนิดต่างๆ รวมถึงการใช้งานเย็บเนื้อเยื่อทางศัลยกรรมพิเศษ เช่น ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ, ศัลยกรรมทางตา เป็นต้น
๔. คุณลักษณะเฉพาะ
 - ๔.๑ คุณลักษณะเฉพาะของไหม
 - ๔.๑.๑ เป็นไหมชนิดไม่ละลาย สามารถยึดบาดแผลยาวนานตราบเท่าที่วัสดุอยู่ในร่างกาย
 - ๔.๑.๒ ไหมขนาด ๒/๐ มีความยาวไม่น้อยกว่า ๗๕ ซม.
 - ๔.๑.๓ มีความแข็งแรง และ knot security ที่ดี
 - ๔.๑.๔ ให้ความลื่นในขณะเย็บผ่านเนื้อเยื่อต่างๆ
 - ๔.๒ คุณลักษณะเฉพาะของเข็ม
 - ๔.๒.๑ เข็มมีขนาด ๒๐ มม. ชนิด Taper ความโค้ง ๑/๒ ชนิดเข็มคู่
 - ๔.๒.๒ เข็มมีความคมเมื่อเย็บผ่านเนื้อเยื่อ
 - ๔.๒.๓ เข็มมีความแข็งแรงและแกร่งไม่บิดงอง่ายและทนต่อการเย็บ
 - ๔.๓ การบรรจุ
 - ๔.๓.๑ บรรจุในซองห่อหุ้มอย่างมิดชิดปราศจากเชื้อ ห่อซองบรรจุ มีฉลากบอกรายละเอียด ได้แก่ ชนิด ขนาดเข็มและความยาวของไหม, ระบุ Lot number และวันหมดอายุอย่างชัดเจน
 - ๔.๓.๒ ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีฉายรังสีหรือเอทิลีนออกไซด์
 - ๔.๓.๓ คุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน USP
 - ๔.๓.๔ การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๐๓ หรือมาตรฐาน การผลิต GMP หรือ หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ มอก หรือมาตรฐานเทียบเท่า (กรณี นำเข้า จากต่างประเทศ) ระบุวัน ออกเอกสารและวันสิ้นสุดของเอกสารรับรอง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางรชฎา พูนปริญญา)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางนิจวรรณ อ้วนโนราชฎ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวชนิตา บรรเทา)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๒/๔.เงื่อนไขเฉพาะ...

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ บริษัทผู้ขายได้รับหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือต้องมีหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ หรือหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดยสำนักคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า
- ๕.๒ หากสินค้ามีการชำรุดเสียหายหรือก่อนหมดอายุ ๖ เดือน ผู้เสนอราคาต้องยินยอมให้เปลี่ยนใหม่โดยไม่คิดมูลค่า
- ๕.๓ รับประกันคุณภาพ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันส่งมอบ และในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ถ้าปรากฏว่าผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามตัวอย่างที่เสนอในวันพิจารณาผลโรงพยาบาลสกลนครจะไม่รับพัสดุดังกล่าว โดยผู้ขายจะต้องทำการเปลี่ยนให้ถูกต้อง ตามตัวอย่างที่เสนอมา ภายใน ๗ วันทำการ
- ๕.๔ วันหมดอายุผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบ
- ๕.๕ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกหรือเอกสารที่ระบุรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ พร้อมทำเครื่องหมายและลงหมายเลขข้อกำหนดของทางราชการให้ชัดเจนทุกรายการ เพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งผู้เสนอราคาจะต้องสามารถชี้แจงรายละเอียด คุณสมบัติของอุปกรณ์ต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการฯ ได้ การเสนอเอกสารที่ไม่ถูกต้องตามความต้องการ และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อทางราชการ คณะกรรมการฯ มีเหตุผลเพียงพอที่จะไม่รับพิจารณาและสงวนสิทธิในการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคที่ดีกว่าได้ เพื่อประโยชน์การใช้งานของราชการ
- ๕.๖ ทำตารางเปรียบเทียบสรุปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะข้อดีหรือดีกว่าของผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ยื่นข้อเสนอกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโรงพยาบาลสกลนครพร้อมเซ็นรับรองเอกสารโดยขอคูตัวอย่างแบบฟอร์มได้ที่โรงพยาบาลสกลนครฝ่ายพัสดุ
- ๕.๗ เป็นผลิตภัณฑ์ที่โรงพยาบาลเคยใช้ในปัจจุบัน/หรือผ่านการประเมินการใช้จากผู้ใช้ในโรงพยาบาลสกลนคร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางรัชฎา พูนปริญญา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางนิจวรรณ อ้วนโนราษฎร์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวชนิดา บรรเทา)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
Polyester (ไหมเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดไม่ละลาย)
โรงพยาบาลสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

1. ความต้องการ ไหม Polyester ๒/๐ ยาว ๙๐ cm. มี pg จำนวน ๑๘ DOZE
๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน เพื่อผูกหรือเย็บปิดแผลในการผ่าตัด
๓. คุณลักษณะทั่วไป เป็นวัสดุเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดไม่ละลาย แบบเส้นดัก ผลิตจากสาร โพลีเอสเตอร์ (Polyester) เคลือบผิวให้เรียบลื่น ใช้งานผูกเนื้อเยื่อทางศัลยกรรมชนิดต่างๆ รวมถึงการใช้งานเย็บเนื้อเยื่อทางศัลยกรรมพิเศษ เช่น ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ, ศัลยกรรมทางตา เป็นต้น
๔. คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ คุณลักษณะเฉพาะของไหม

- ๔.๑.๑ เป็นไหมชนิดไม่ละลาย สามารถยึดบาดแผลยาวนานตราบเท่าที่วัสดุอยู่ในร่างกาย
- ๔.๑.๒ ไหมขนาด ๒/๐ มีความยาวไม่น้อยกว่า ๙๐ ซม. มี pg
- ๔.๑.๓ มีความแข็งแรง และ knot security ที่ดี
- ๔.๑.๔ ให้ความลื่นในขณะที่เย็บผ่านเนื้อเยื่อต่างๆ

๔.๒ คุณลักษณะเฉพาะของเข็ม

- ๔.๒.๑ เข็มมีขนาด ๒๖ มม. ชนิด Tapercut ความโค้ง ๑/๒ ชนิดเข็มคู่
- ๔.๒.๒ เข็มมีความคมเมื่อเย็บผ่านเนื้อเยื่อ
- ๔.๒.๓ เข็มมีความแข็งแรงและแกร่งไม่บิดงอง่ายและทนต่อการเย็บ

๔.๓ การบรรจุ

- ๔.๓.๑ บรรจุในซองหุ้มอย่างมิดชิดปราศจากเชื้อ ห่อซองบรรจุ มีฉลากบอกรายละเอียด ได้แก่ ชนิด ขนาดเข็มและความยาวของไหม, ระบุ Lot number และวันหมดอายุอย่างชัดเจน
- ๔.๓.๒ ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีฉายรังสีหรือเอทริลีนออกไซด์
- ๔.๓.๓ คุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน USP
- ๔.๓.๔ การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๐๓ หรือมาตรฐาน การผลิต GMP หรือ หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ มอก หรือมาตรฐานเทียบเท่า (กรณี นำเข้า จากต่างประเทศ) ระบุวัน ออกเอกสารและวันสิ้นสุดของเอกสารรับรอง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางรัชฎา พูนปริญญา)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางนิจวรรณ อ้วนโนราชฎ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวชนิดา บรรเทา)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

๒/๔.เงื่อนไขเฉพาะ...

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ บริษัทผู้ขายได้รับหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือต้องมีหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ หรือหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดยสำนักคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า
- ๕.๒ หากสินค้ามีการชำรุดเสียหายหรือก่อนหมดอายุ ๖ เดือน ผู้เสนอราคาต้องยินยอมให้เปลี่ยนใหม่โดยไม่คิดมูลค่า
- ๕.๓ รับประกันคุณภาพ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันส่งมอบ และในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ถ้าปรากฏว่าผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามตัวอย่างที่เสนอในวันพิจารณาผลโรงพยาบาลสกลนครจะไม่รับพัสดุดังกล่าว โดยผู้ขายจะต้องทำการเปลี่ยนให้ถูกต้อง ตามตัวอย่างที่เสนอมา ภายใน ๗ วันทำการ
- ๕.๔ วันหมดอายุผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบ
- ๕.๕ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกหรือเอกสารที่ระบุรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ พร้อมทำเครื่องหมายและลงหมายเลขข้อกำหนดของทางราชการให้ชัดเจนทุกรายการ เพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งผู้เสนอราคาจะต้องสามารถชี้แจงรายละเอียด คุณสมบัติของอุปกรณ์ต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการฯ ได้ การเสนอเอกสารที่ไม่ถูกต้องตามความต้องการ และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อทางราชการ คณะกรรมการฯ มีเหตุผลเพียงพอที่จะไม่รับพิจารณาและสงวนสิทธิในการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคที่ดีกว่าได้ เพื่อประโยชน์การใช้งานของราชการ
- ๕.๖ ทำตารางเปรียบเทียบสรุปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะข้อดีหรือดีกว่าของผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ยื่นข้อเสนอ กับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโรงพยาบาลสกลนครพร้อมเซ็นรับรองเอกสารโดยขอตัวอย่างแบบฟอร์มได้ที่โรงพยาบาลสกลนครฝ่ายพัสดุ
- ๕.๗ เป็นผลิตภัณฑ์ที่โรงพยาบาลเคยใช้ในปัจจุบัน/หรือผ่านการประเมินการใช้จากผู้ใช้ในโรงพยาบาลสกลนคร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางรัชฎา พูนปรีญา)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางนิจวรรณ อ้วนโนราษฎร์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวชนิดา บรรเทา)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ